

Spectrum Compact 2-40 GHz API 命令

王菲菲, 20200225

串口通信 Serial Connection : Speed : 115200k Data bits: 8 Stop bits : 1 Parity: None

序号	命令	描述	举例
1	ver	返回带有日期的硬件版本和固件(firmware)版 本	->ver SPECTRUM COMPACT ver 3.20 2014.05.15
2	set	获取 SC 设备信息(序列号、产品代码、过载级别)	->set SerialNumber J0SSAP12_345120100002 Calibr 1 Calibr21 OverLoadLevel40
3	f	获取 SC 设备的频率设置, 返回当前的开始/结束 /跨度频率和允许的开始/结束频率范围	->f Start Freq 10000 MHz End Freq 18000 MHz Span 8000 MHz Min 10000 MHz Max 18000 MHz
4	offset	获取/设置 SC offset 值	->offset LevOffset 0 dB ->offset 10 LevOffset 10 dB ->offset LevOffset 10 dB



5	trace	获取/设置 SC 跟踪模式	->trace
		0 = Normal, 1 = MAX Hold, 2 = Cumulative,	5
		3 = Average2, 4 = Average4, 5 = Average8	->trace 0
			0
			->trace
			0
			->
6	idmodo	林田 (沿军 SC idmode) 壮大 0 – Off 1 – On	sidmodo
0	lumoue		
			U
			l - Marcada
			->lamode
			->
7	time	获取 SC 日期和时间/设置 SC 时间	->time
			7.59.08
			2015 04 14
			->time 8 56 53
			->time
			8.56.59
			2015 04 14
9	date	获取 SC 日期和时间/设置 SC 日期	->date
			8:59:08
			2015.04.14.
			->date 2015 04 14
10	updatefw	启动 SC 固件升级。固件文件名必须作为参数添	->updateFW T8 320
			file FIRMWARE\T8 320.FW copy to Buffer
			FLASH
		·····································	/======================================
			III PLEASE DO NOT POWER OEE III
			III INSTALLING LIPDATE III
11	stop	停止当前扫描	



12	sweep	显示当前扫描设置(开始、结束、步骤、采样时间)	->sweep
		或开始新的扫描。	FreqStart 10000 MHz
		要开始新的扫描,扫描命令与扫描参数必须输入:	FreqEnd 18000 MHz
		EndFreq(MHz) Step(kHz)	FreqStep 500 kHz
		SampleTime(ms)	MeasureTime 1 msec
		当新的扫描开始成功执行时, SC 开始扫描过程	->
		并返回跟踪点。从 SC 设备接收到' # '字符后,	->sweep 11000 11100 500 1
		开始有效的跟踪点。跟踪点作为十六进制带符号	#95
		字节字符串返回。跟踪点字符串总是包含 2 个字	91
		符,除非跟踪点级别高于重载级别—为"重载"	95
		点添加"^"字符。	94
		默认频率 step = 500kHz。默认示例时间=	
		1ms。	
			00^
			->